

Meland kommune
v/ Paal Tonning

Vdr positive funn av koliforme og ecoli i drikkevann i Meland kommune 3. april.

Prøver mottatt tirsdag 2. april ga på flere av prøvene utslag på koliforme og ecoli bakterier etter inkuberingstiden med CCA metoden.

Dette ble varslet rutinemessig umiddelbart den 3. april etter avlesningen.

Omprøver ble gjort den 4. april på to teknikker og ved to innleveringsrunder med CCA metoden og Colilert-metoden på Eurofins laboratoriet samt på laboratoriet til Bergen Vann etter Colilert-metoden.

Det ble her ikke gjort utsalg på koliforme og ecolibakterier.

Eurofins har funnet indikasjoner på at det er feil knyttet til CCA analysene på laboratoriet denne aktuelle dagen.

Derfor vil det i en periode frem til årsaken til feilen er avklart, bli utført både Colilert og CCA på alle drikkevannsprøver som utføres hos Eurofins for å gi en ekstra sikkerhet før rapportering.

Eurofins har igangsatt en reklamasjonsbehandling og vil når årsak er funnet beskrive dette og tiltak mer detaljert.

Jeg vil beklage på det sterkeste ulempene dette har medført for Meland kommune .

Med hilsen

Joakim Skovly,
BU-leder , Bergen
Eurofins Environment Testing Norway AS