

# MILJØRETТА HELSEVERN

AUSTRHEIM - FEDJE – GULEN – LINDÅS – MASFJORDEN – MELAND – RADØY

KOPI

Meland kommune  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/3252 - 17/27191

Saksbehandlar:  
Grethe Elin Mjelde  
grethe.elin.mjelde@lindas.kommune.no

Dato:  
25.09.2017

## Oversendelse av tilsynsrapport og varsel om pålegg

Miljørettet helsevern i Nordhordland og Gulen gjennomførte 14.09.17 tilsyn ved Sun2 Frekhaug i forbindelse med virksomhetens utleie av solarium til kunder. Tilsynet avdekket **5 avvik** hvor virksomhetens drift ikke var i tråd med regelverk som Strålevernet og kommunen forvalter, se vedlagte tilsynsrapport.

### Varsel om pålegg om retting av avvik

Miljørettet helsevern i Nordhordland og Gulen varsler at Sun2 Frekhaug vil bli pålagt å rette følgende avvik med tilhørende frister for utbedring:

- Avvik 1:** Virksomheten oppfyller ikke kravene til alderskontrollsystem.  
Hjemmel: Strålevernforskriften § 37  
Frist: **01.11.2017**
- Avvik 2:** Virksomheten oppfyller ikke kravene til å informere om relevante risikofaktorer ved solariebruk.  
Hjemmel: Strålevernforskriften § 38  
Frist: **01.11.2017**
- Avvik 3:** Virksomheten oppfyller ikke kravet til oppslag av advarselstekst.  
Hjemmel: Strålevernforskriften § 38  
Frist: **15.10.2017**
- Avvik 4:** Doseringsplan er oppslått på uegnet sted.  
Hjemmel: Strålevernforskriften § 38 b)  
Frist: **15.10.2017**

**Avvik 5:** Virksomheten oppfyller ikke de tekniske kravene til solarier  
Hjemmel: Strålevernforskriften § 36 b)  
**Frist:** 15.10.2017

Vi ber om tilbakemelding på eventuelle faktafeil i tilsynsrapportens generelle del (kapittel 4) innen **05.10.17**.

### **Offentlighet i forvaltningen**

Tilsynsrapporten er et offentlig dokument, og kan bli publisert på kommunens eller Strålevernets nettsider. I samsvar med offentleglova kan likevel deler av rapporten i noen tilfeller bli unntatt offentlighet.

### **Kommentarfrist til tilsynsrapport og varslet pålegg om retting**

Miljørettet helsevern ber om en skriftlig tilbakemelding for hvordan avvik vil bli rettet, evt. kommentarer til varslet pålegg eller tilhørende frist. Frist for tilbakemelding er **15.10.17**.

Når kommentarfristen er gått ut, vil vi sende pålegg om å utbedre avvikene eventuelt korrigert iht. deres kommentarer. Det vil samtidig bli sendt varsel om tvangsmulkt.

Vi vil lukke avvikene når vi mottar dokumentasjon på at disse er rettet. Hvis vi innen kommentarfristen har mottatt dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil det ikke bli gitt pålegg om retting. Tilsynssaken avsluttes når avvikene er rettet.

Tilbakemelding sendes til **mjge@lindas.kommune.no**, eller **Lindås kommune ved Miljørettet helsevern, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø**

Med hilsen

Tord Moltumyr  
kommuneoverlege

Grethe Elin Mjelde  
teknisk-hygienisk ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

### **Kopi til:**

Meland kommune  
MIDA SOL AS  
Rådmann Martin W.Kulid

Postboks 79 5906

Frekhaug